



Castilla-La Mancha

Dirección General de Planificación
Ordenación e Inspección Sanitaria
Consejería de Sanidad
Avda. de Francia, 4
45071 Toledo

ALERTA

Fecha: 03/06/2020
Nº registro interno: 190/2020

Destinatarios:

- Delegados Provinciales
- Jefe de Área de Farmacia del SESCAM
- Colegios Oficiales de Farmacéuticos
- Colegios Oficiales de Médicos
- Colegios Oficiales de Enfermería

Datos del producto

Descripción:
MASCARILLA DE PROTECCIÓN "KN95"

Marca:
TEYUDA

Lote:
China

Datos del defecto

Descripción:
Estas mascarillas no brindan la protección esperada de mascarillas de tipo KN95 (estándar chino relativamente similar a FFP2). La filtración (penetración del material del filtro) es superior al 5% requerido por la Norma

Medidas cautelares adoptadas

Actuación:
Retirada del mercado

Centros a notificar por las Delegaciones Provinciales:

- Oficinas de farmacia
- Almacenes de distribución de medicamentos de uso humano
- Almacenes de distribución de productos sanitarios
- Hospitales Generales
- Clínicas Médico-quirúrgicas

Documentación:

Se remite por correo electrónico:

- Alerta recibida de la Dirección General de Agenda 2030 y Consumo
- Fotografía del producto

Toledo, 03 de junio de 2020
La Directora General de Planificación, Ordenación e Inspección Sanitaria

Carmen Encinas Barrios



Documento Verificable en www.jccm.es/mediante
Código Seguro de Verificación (CSV): 66C66A66B2CAE7E4EE48FA