



Castilla-La Mancha

Dirección General de Planificación  
Ordenación e Inspección Sanitaria  
Consejería de Sanidad  
Avda. de Francia, 4  
45071 Toledo

**ALERTA**

Fecha: 04/06/2020  
Nº registro interno: 199/2020

Destinatarios:

- Delegados Provinciales
- Jefe de Área de Farmacia del SESCAM
- Colegios Oficiales de Farmacéuticos
- Colegios Oficiales de Médicos
- Colegios Oficiales de Enfermería

Datos del producto

Descripción: Mascarilla de protección	
Modelo: tipo K95/FFP2	Marca: FEK FUERKANG
Lote: 20200315	Fabricante: HUNAN FUERKANG MEDICAL MATERIALS, CO. LTD
Distribuidor: SERVISALUS MÁLAGA, S.L.	

Datos del defecto

Descripción: Se realizan ensayos a tres muestras y se obtiene una penetración de material filtrante del 12,82%, 7,01%, 12,94%, superior a la permitida de 6%. Cumple como FFP1. y no cumplen como FFP2
---

Medidas cautelares adoptadas

Actuación: Retirada del mercado
Centros a notificar por las Delegaciones Provinciales: <ul style="list-style-type: none"><li>- Oficinas de farmacia</li><li>- Almacenes de distribución de medicamentos de uso humano</li><li>- Almacenes de distribución de productos sanitarios</li><li>- Hospitales Generales</li><li>- Clínicas Médico-quirúrgicas</li></ul>

Documentación:

Se remite por correo electrónico: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Alerta recibida de la Dirección General de Agenda 2030 y Consumo</li><li>▪ Fotografía del producto</li></ul>
--

Toledo, 04 de junio de 2020

La Directora General de Planificación, Ordenación e Inspección Sanitaria

Carmen Encinas Barrios



Documento Verificable en [www.jccm.es](http://www.jccm.es) mediante  
Código Seguro de Verificación (CSV): CF594DCF5553D7F5F978B8