



Castilla-La Mancha

Dirección General de Planificación
Ordenación e Inspección Sanitaria
Consejería de Sanidad
Avda. de Francia, 4
45071 Toledo

ALERTA

Fecha: 03/06/2020
Nº registro interno: 191/2020

Destinatarios:

- Delegados Provinciales
- Jefe de Área de Farmacia del SESCAM
- Colegios Oficiales de Farmacéuticos
- Colegios Oficiales de Médicos
- Colegios Oficiales de Enfermería

Datos del producto

Descripción: Mascarilla de protección	
Modelo: tipo KN95	Marca: FOSHAN
Origen: China	

Datos del defecto

Descripción: Estas mascarillas no proporcionan la protección esperada de las mascarillas de clase FFP1, FFP2, FFP3. Las mascarillas no son aptas para los trabajadores de la salud ya que no brindan suficiente protección contra el virus del COVID-19
--

Medidas cautelares adoptadas

Actuación: Retirada del mercado
Centros a notificar por las Delegaciones Provinciales: <ul style="list-style-type: none">- Oficinas de farmacia- Almacenes de distribución de medicamentos de uso humano- Almacenes de distribución de productos sanitarios- Hospitales Generales- Clínicas Médico-quirúrgicas

Documentación:

Se remite por correo electrónico: <ul style="list-style-type: none">▪ Alerta recibida de la Dirección General de Agenda 2030 y Consumo▪ Fotografía del producto
--

Toledo, 03 de junio de 2020

La Directora General de Planificación, Ordenación e Inspección Sanitaria

Carmen Encinas Barrios



Documento Verificable en www.jccm.es mediante
Código Seguro de Verificación (CSV): F32B6933F55533B730E8B2