



Castilla-La Mancha

Dirección General de Planificación
Ordenación e Inspección Sanitaria
Consejería de Sanidad
Avda. de Francia, 4
45071 Toledo

ALERTA

Fecha: 03/06/2020
Nº registro interno: 198/2020

Destinatarios:

- Delegados Provinciales
- Jefe de Área de Farmacia del SESCAM
- Colegios Oficiales de Farmacéuticos
- Colegios Oficiales de Médicos
- Colegios Oficiales de Enfermería

Datos del producto

Descripción: Mascarilla protectora	
Modelo: ref. 2020, tipo FFP2	Marca: DROMEX
Origen: China	

Datos del defecto

Descripción: No se le han realizado pruebas. Los certificados de prueba son falsos. El importador FCMU GmbH se declaró como productor
--

Medidas cautelares adoptadas

Actuación: Retirada del mercado
Centros a notificar por las Delegaciones Provinciales: <ul style="list-style-type: none">- Oficinas de farmacia- Almacenes de distribución de medicamentos de uso humano- Almacenes de distribución de productos sanitarios- Hospitales Generales- Clínicas Médico-quirúrgicas

Documentación:

Se remite por correo electrónico: <ul style="list-style-type: none">▪ Alerta recibida de la Dirección General de Agenda 2030 y Consumo▪ Fotografía del producto
--

Toledo, 03 de junio de 2020
La Directora General de Planificación, Ordenación e Inspección Sanitaria

Carmen Encinas Barrios



Documento Verificable en www.jccm.es mediante
Código Seguro de Verificación (CSV): 56D44835C5B1F0D8D471D2