



Castilla-La Mancha

Dirección General de Planificación
Ordenación e Inspección Sanitaria
Consejería de Sanidad
Avda. de Francia, 4
45071 Toledo

ALERTA

Fecha: 02/06/2020
Nº registro interno: 181/2020

Destinatarios:

- Delegados Provinciales
- Jefe de Área de Farmacia del SESCAM
- Colegios Oficiales de Farmacéuticos
- Colegios Oficiales de Médicos
- Colegios Oficiales de Enfermería

Datos del producto

Descripción:

Mascarilla de protección

Modelo:

ref. FFP2 KN95

Marca:

JY.M9

Datos del defecto

Descripción:

Estas mascarillas no proporcionan la protección esperada de las mascarillas con clasificación FFP1, FFP2, FFP3

Medidas cautelares adoptadas

Actuación:

Retirada del mercado

Centros a notificar por las Delegaciones Provinciales:

- Oficinas de farmacia
- Almacenes de distribución de medicamentos de uso humano
- Almacenes de distribución de productos sanitarios
- Hospitales Generales
- Clínicas Médico-quirúrgicas

Documentación:

Se remite por correo electrónico:

- Alerta recibida de la Dirección General de Agenda 2030 y Consumo
- Fotografía del producto

Toledo, 02 de junio de 2020

La Directora General de Planificación, Ordenación e Inspección Sanitaria

Carmen Encinas Barrios



Documento Verificable en www.jccm.es mediante
Código Seguro de Verificación (CSV): 35C5EBC3F54153F37463C9