



Castilla-La Mancha

Dirección General de Planificación  
Ordenación e Inspección Sanitaria  
Consejería de Sanidad  
Avda. de Francia, 4  
45071 Toledo

**ALERTA**

Fecha: 02/06/2020  
Nº registro interno: 185/2020

Destinatarios:

- Delegados Provinciales
- Jefe de Área de Farmacia del SESCAM
- Colegios Oficiales de Farmacéuticos
- Colegios Oficiales de Médicos
- Colegios Oficiales de Enfermería

Datos del producto

Descripción: Mascarilla de protección	
Modelo: ref.. KN95 Steroscopic Protective	Marca: MEI SHU HU
Origen: China	

Datos del defecto

Descripción: La filtración (penetración del material del filtro) es superior al 5% requerido por la Norma
--

Medidas cautelares adoptadas

Actuación: Retirada del mercado
Centros a notificar por las Delegaciones Provinciales: <ul style="list-style-type: none"><li>- Oficinas de farmacia</li><li>- Almacenes de distribución de medicamentos de uso humano</li><li>- Almacenes de distribución de productos sanitarios</li><li>- Hospitales Generales</li><li>- Clínicas Médico-quirúrgicas</li></ul>

Documentación:

Se remite por correo electrónico: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Alerta recibida de la Dirección General de Agenda 2030 y Consumo</li><li>▪ Fotografía del producto</li></ul>
--

Toledo, 02 de junio de 2020  
La Directora General de Planificación, Ordenación e Inspección Sanitaria

Carmen Encinas Barrios



Documento Verificable en [www.jccm.es](http://www.jccm.es) mediante  
Código Seguro de Verificación (CSV): 716CE26C47553671B22BE1