



Castilla-La Mancha

Dirección General de Planificación
Ordenación e Inspección Sanitaria
Consejería de Sanidad
Avda. de Francia, 4
45071 Toledo

ALERTA

Fecha: 02/06/2020
Nº registro interno: 180/2020

Destinatarios:

- Delegados Provinciales
- Jefe de Área de Farmacia del SESCAM
- Colegios Oficiales de Farmacéuticos
- Colegios Oficiales de Médicos
- Colegios Oficiales de Enfermería

Datos del producto

Descripción: Mascarilla de protección "Type FFP2"	
Modelo: ref. YK01 FFP2	Marca: Desconocido
Importador: Desconocido	Origen: China

Datos del defecto

Descripción: La penetración del material del filtro para la mascarilla FFP2 es mayor que el 6% requerido por la norma. La mascarilla presenta una fuga en el área de la nariz. Existe el riesgo de contaminación mientras la persona que usa la mascarilla cree que está protegida.
--

Medidas cautelares adoptadas

Actuación: Retirada del mercado
Centros a notificar por las Delegaciones Provinciales: <ul style="list-style-type: none">- Oficinas de farmacia- Almacenes de distribución de medicamentos de uso humano- Almacenes de distribución de productos sanitarios- Hospitales Generales- Clínicas Médico-quirúrgicas

Documentación:

Se remite por correo electrónico: <ul style="list-style-type: none">▪ Alerta recibida de la Dirección General de Agenda 2030 y Consumo▪ Fotografía del producto
--

Toledo, 02 de junio de 2020

La Directora General de Planificación, Ordenación e Inspección Sanitaria

Carmen Encinas Barrios



Documento Verificable en www.jccm.es mediante
Código Seguro de Verificación (CSV): C948B8656536F0F3AF3969